

令和5年6月9日

報道機関各位

吉川市政策室主幹

新型コロナウイルスワクチン接種において空の注射器で接種

新型コロナウイルスワクチン接種会場において、80歳代男性に空の注射器で接種する事例が発生しました。概要は以下のとおりです。

概要

- 発生時間** 6月7日(水) 午後1時30分頃
発生場所 吉川市中央公民館 コロナワクチン接種会場(保577番地)
発生状況 80歳代男性への新型コロナウイルスワクチン接種において、看護師が0.01ml程度接種した際、違和感があったため注射器を抜き取ったところ、薬液が充填されていない空の注射器であることが分かりました。
そこで、会場内医師が診察し、体調不良が生じていないことを確認しています。
要因としては、薬液を充填せずバイアル内の空気を充填したこと気づかなかったものと推測でき、薬液の充填時及びその後のダブルチェックの際の充填状況確認が不十分であったと考えています。

- 今後の対応** これまで実施していた充填時の目視確認の徹底、充填後の他職員の目視によるダブルチェック徹底に加え、ダブルチェック時には、その方法を変更し、薬液越しに目盛りを目視することで屈折して見えることを確認することで再発防止を図ります。

この件に関するお問合せ先

- お問合せ：健康長寿部 健康増進課 ☎048・982・9803